

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,71	10,28	69,67	0,35	0,38	0,00	0,32	0,05	0,43	2,92	0,01	0,02	0,00	1145
01:00	7,96	11,33	66,05	0,37	0,40	0,00	0,34	0,08	0,48	2,80	0,02	0,02	0,00	1143
01:30	7,22	8,65	65,36	0,37	0,35	0,00	0,31	0,06	0,37	2,80	0,02	0,02	0,00	1148
02:00	6,99	8,86	64,46	0,37	0,35	0,00	0,30	0,06	0,38	2,77	0,02	0,02	0,00	1144
02:30	9,07	20,22	64,03	0,42	0,36	0,00	0,39	0,28	0,87	2,75	0,02	0,02	0,00	1133
03:00	8,28	13,30	68,80	0,38	0,47	0,00	0,36	0,07	0,57	2,97	0,02	0,02	0,00	1151
03:30	6,27	10,47	64,44	0,38	0,40	0,00	0,27	0,06	0,46	2,81	0,02	0,02	0,00	1139
04:00	8,34	20,56	62,01	0,41	0,40	0,00	0,35	0,07	0,88	2,64	0,02	0,02	0,00	1135
04:30	9,03	15,72	73,04	0,40	0,40	0,00	0,38	0,07	0,67	3,11	0,02	0,02	0,00	1145
05:00	5,30	7,20	62,97	0,39	0,40	0,00	0,24	0,07	0,32	2,84	0,02	0,02	0,00	1158
05:30	7,14	11,54	64,51	0,44	0,44	0,00	0,31	0,07	0,50	2,80	0,02	0,02	0,00	1151
06:00	9,20	8,82	68,17	0,44	0,43	0,00	0,40	0,09	0,38	2,93	0,02	0,02	0,00	1155
06:30	9,84	13,96	63,58	0,45	0,40	0,00	0,43	0,06	0,61	2,79	0,02	0,02	0,00	1162
07:00	8,34	7,16	67,64	0,45	0,41	0,00	0,37	0,06	0,31	2,96	0,02	0,02	0,00	1160
07:30	6,77	4,59	65,77	0,48	0,42	0,00	0,30	0,12	0,20	2,94	0,02	0,02	0,00	1144
08:00	6,59	6,34	66,65	0,44	0,45	0,00	0,29	0,07	0,28	2,95	0,02	0,02	0,00	1156
08:30	8,05	9,94	65,62	0,44	0,39	0,00	0,34	0,06	0,43	2,81	0,02	0,02	0,00	1136
09:00	8,82	9,36	66,28	0,36	0,41	0,01	0,38	0,12	0,40	2,86	0,02	0,02	0,00	1162
09:30	8,39	6,84	66,77	0,07	0,56	0,12	0,38	0,06	0,31	3,02	0,00	0,03	0,01	1166
10:00	7,42	6,19	67,88	0,07	0,55	0,13	0,33	0,06	0,27	2,98	0,00	0,02	0,01	1166
10:30	7,80	9,76	68,65	0,07	0,59	0,12	0,35	0,09	0,44	3,10	0,00	0,03	0,01	1149
11:00	8,31	10,26	65,70	0,08	0,58	0,13	0,38	0,05	0,47	2,98	0,00	0,03	0,01	1154
11:30	8,17	9,02	66,41	0,11	0,57	0,18	0,36	0,06	0,39	2,90	0,00	0,02	0,01	1129
12:00	7,27	10,23	66,90	0,14	0,54	0,24	0,30	0,04	0,43	2,79	0,01	0,02	0,01	1127
12:30	8,32	20,99	66,60	0,13	0,52	0,22	0,35	0,20	0,88	2,79	0,01	0,02	0,01	1143
13:00	7,05	13,63	64,29	0,15	0,55	0,25	0,31	0,05	0,60	2,81	0,01	0,02	0,01	1142
13:30	8,29	17,41	67,52	0,15	0,51	0,25	0,36	0,06	0,76	2,94	0,01	0,02	0,01	1121
14:00	8,72	15,04	64,34	0,15	0,60	0,26	0,37	0,05	0,64	2,74	0,01	0,03	0,01	1126
14:30	7,90	22,83	69,97	0,14	0,54	0,25	0,35	0,05	1,01	3,10	0,01	0,02	0,01	1154
15:00	7,61	19,29	68,30	0,15	0,54	0,25	0,34	0,04	0,85	3,02	0,01	0,02	0,01	1151
15:30	6,55	16,52	65,97	0,15	0,53	0,25	0,29	0,04	0,74	2,96	0,01	0,02	0,01	1150
16:00	7,25	16,99	67,13	0,14	0,57	0,25	0,33	0,08	0,76	3,02	0,01	0,03	0,01	1150
16:30	7,83	17,19	64,77	0,15	0,52	0,27	0,35	0,05	0,77	2,91	0,01	0,02	0,01	1154
17:00	8,16	17,39	69,17	0,19	0,55	0,31	0,35	0,04	0,76	3,01	0,01	0,02	0,01	1135
17:30	8,49	21,88	68,28	0,20	0,52	0,34	0,38	0,05	0,98	3,06	0,01	0,02	0,02	1147
18:00	8,18	18,76	61,37	0,18	0,50	0,31	0,37	0,06	0,84	2,74	0,01	0,02	0,01	1123
18:30	7,29	12,94	72,60	0,21	0,51	0,37	0,33	0,04	0,58	3,25	0,01	0,02	0,02	1141
19:00	6,41	14,92	64,99	0,29	0,42	0,34	0,28	0,28	0,65	2,84	0,01	0,02	0,01	1135
19:30	8,33	17,93	70,79	0,45	0,33	0,24	0,36	0,06	0,78	3,10	0,02	0,01	0,01	1122
20:00	9,41	20,17	64,43	0,38	0,31	0,24	0,40	0,05	0,86	2,74	0,02	0,01	0,01	1125
20:30	8,38	16,47	59,37	0,34	0,35	0,24	0,36	0,05	0,70	2,54	0,01	0,01	0,01	1160
21:00	6,67	12,44	51,04	0,30	0,32	0,25	0,29	0,04	0,54	2,21	0,01	0,01	0,01	1150
21:30	6,28	8,08	68,96	0,23	0,52	0,27	0,28	0,05	0,36	3,09	0,01	0,02	0,01	1158
22:00	6,47	12,16	64,61	0,36	0,64	0,12	0,29	0,09	0,54	2,87	0,02	0,03	0,01	1143
22:30	8,78	18,61	74,06	0,38	0,61	0,12	0,39	0,07	0,83	3,30	0,02	0,03	0,01	1157
23:00	9,43	17,12	62,23	0,39	0,57	0,12	0,41	0,07	0,74	2,70	0,02	0,02	0,01	1123
23:30	8,54	10,76	69,27	0,38	0,61	0,08	0,37	0,08	0,46	2,98	0,02	0,03	0,00	1119
00:00	8,59	13,93	59,14	0,36	0,56	0,03	0,38	0,07	0,62	2,62	0,02	0,02	0,00	1118
min	5,30	4,59	51,04	0,07	0,31	0,00	0,24	0,04	0,20	2,21	0,00	0,01	0,00	1118
max	9,84	22,83	74,06	0,48	0,64	0,37	0,43	0,28	1,01	3,30	0,02	0,03	0,02	1166
moyenne	7,86	13,42	66,05	0,29	0,48	0,14								1145
Total							16,46	11,30	28,11	138,53	0,60	1,00	0,29	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,35			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé